

Бр. 513
ПРОКУПЉЕ

ПРЕДМЕТ :

Појашњење конкурсне документације
- Санитетски потрошни материјал ЈН бр.18/2018

Питања:

1. Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се за ставке које имају идентичну техничку спецификацију а тражене су у различитим величинама да се достави само један узорак у било којој величини,на пример партија 1 ставка 1 Интравенска канила 16-24 G или партија 2 ставка 5 и сл.да се достави један узорак било које величине уместо 5 односно 6 узорака и сл.?
2. Партија 30 ставка 2 молимо Вас да ради упоредивости понуда прецизирате величину паковања у мл?
- 3.Партија 34-траке за контролу стерилизације молимо Вас да прецизирате димензије (19mm x 50 или 25 mm x 50) ?
- 4.Молимо Наручиоца да размотри могућност да за ставку 2 из партије 78.издвоји у посебну партију како би омогућио приспеће већег броја понуда обзиром да постоји само један носилац Решења АЛИМС за дату ставку,а за ствке 1 и 3 постоји више носилаца Решења АЛИМС.Ставка 2 се тражи у количини од само 17 комада у односу на количину друге две ставке из партије за које постоји отворена конкуренција на тржишту.
- 5.Молимо појашњење у вези партије 28 која је формирана на следећи начин:

ПАРТИЈА 28. – ЕЛЕКТРОДЕ ЗА ПЕЈСИНГ

Рбр	Врста робе	Јед. Мере	Оквирне количине
1	Електроде за пејсинг дефибрилатор	литара	400

*НАПОМЕНА : (електроде за пејсинг морају бити компитабилне са марком апарате Nichon и Reanibex)

Молимо Вас да исправите јединицу мере и количину за горе поменуту партију,јер је очигледно у питању техничка грешка.Такође,како би били у могућности да Вам дамо одговарајућу понуду,молимо Вас да наведете колико вам је тачно електрода потребно за апарат Nichon Kohden,а колико за апарат Reanibex.Молимо Вас и да поред назива произвођача наведете и тачне моделе апарате које поседујете.

Одговори :

- 1.За ставке са идентичном техничком спецификацијом, али са различитим величинама прихватљиво је доставити по један узорак било које величине, али је обавезно достављање каталога за све ставке, где се може утврдити да понуђач поседује све тражене величине.
- 2.Партија 30, ставка 2. – Наручиоцу су потребна паковања од 260 мл и биће прецизирана у измени конкурсне документације.
- 3.Партија 34 – Наручиоцу су потребне траке димензија 19mmx50 и биће прецизиране у измени конкурсне документације.

4. Наручилац остаје при датој техничкој спецификацији за партију 78 и неће вршити измену конкурсне документације, обзиром да у конкурсној документацији није поставио услов да у јавној набавци могу учествовати искључиво носиоци дозволе, већ и сви понуђачи са овлашћењем носиоца дозволе, самим тим је омогућен неограничен број понуђача, што јасно указује да није нарушено начело конкурентности.

5. Партија 28 – Наручилац ће због техничке грешке исправити количину и јединицу мере и прецизирати у измени конкурсне документације. Наиме, јединица мере је пар, а оквирна количина 6. За апарате Nichon Kohden Cardo life ActiBiphisic и апарат Bexen-Reanibex 700 је потребно по 3 пара.

Комисија

Ивица Милошевић
Д. Ђорђевић