

ОПШТА БОЛНИЦА
"Др Алекса Јанић"

Број: 452
ПРОКУПЉЕ

ПРЕДМЕТ : Појашњење конкурсне документације
- Поновљени поступак санитетског потрошног материјала ЈН бр.17/2019

Питање:

Молимо наручиоца да прецизира за који тип апарата ће се користити једнократни сензори сатурације кисеоником и за које ће се пацијенте користити (NEO,PDT или ADT)

Одговор :

Једнократни сензори сатурације кисеоником је потребан за пулсни оксиметар BISTOS BT-700 и пацијенте NEO,ADT.

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
ОПШТИНА
ПРОКУПЉЕ
Комисија
[Својеручни потписи]
Госпођица