

ПРЕДМЕТ : Појашњење конкурсне документације
- ЈН бр.8/2018, Дијализни материјал за све типове апарата

Питање:

Увидом у тендерску документацију видимо да сте прекршили право равноправног учешћа свих понуђача. Ставили сте стерилизацију воденом паром или гама зрацима што није у складу са стандардима РФЗО и Законом. РФЗО је јасно прописао да се могу користити сви дијализатори који нису стерилисани само етилен оксидом што указује да тако треба да стоји у тендерској документацији: нпр. дијализатор 1.5 м2, стерилисан без етилен оксида. Свако друго навођење стерилизације је фаворизовање појединих понуђача а то није Законом дозвољено и представља злоупотребу службеног положаја. Такође, овакво фаворизовање стерилизације нема никакву медицинску оправданост јер сва три начина стерилизације (водена пара, гама и бета зрачење) се данас користе у свету и нигде се у тендерској документацији не наводи то као параметар техничке спецификације или квалитета. Центар за дијализу треба да користи све врсте дијализатора, од свих релевантних добављача и само на основу потреба болесника и начина прописивања дијализе. Начин на који сте Ви ставили стерилизацију је неоправдан и незаконит јер ми имамо дијализаторе стерилисане бета зрацима и тражене непарне површине једног од водећих светских произвођача а не можемо да учествујемо на тендеру па одмах тражимо да избришете начин стерилизације (водена пара и гама зрачење) већ тражимо да стоји СТЕРИЛИЗАЦИЈА БЕЗ ЕТИЛЕН ОКСИДА како је РФЗО дефинисао. У случају да то не урадите бићемо принуђени да предузмемо друге законске мере код надлежних институција због злоупотребе службеног положаја и да тражимо заштиту права понуђача. Надамо се

Одговор:

Нетачне су тврдње заинтересованог лица да је Наручилац у партијама дијализатора предвидео набавку дијализатора са дискриминаторским условом зато што дијализатори у наведеним партијама морају бити стерилисани воденом паром или гама зрачењем, те да је ово у супротности са Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и Законом. Самом чињеницом да Наручилац дозвољава да захтевани дијализатори буду стерилисани воденом паром или алтернативно гама зрачењем, очигледно је да се не ради о дискриминацији, јер наручилац омогућава да понуђачи понуде било који од два наведена метода стерилизације. Дискриминаторски услов би био када би Наручилац захтевао стриктно дијализаторе стерилисане воденом паром, или стриктно дијализаторе стерилисане гама зрацима. Ни један ни други вид стерилизације које је наручилац захтевао за дијализаторе које набавља, не укључују стерилисање етилен оксидом, па из тог разлога Наручилац није поступио ни супротно поменутом Правилнику, који предвиђа да дијализатори буду стерилисани без етиленоксида. На глобалном нивоу, стерилизација гама зрацима и стерилизација воденом паром су два убедљиво најраспрострањенија вида стерилизације медицинских средстава.

Узимајући у обзир највеће глобално искуство са ова два начина стерилизације Наручилац сматра да управо ова два начина стерилизације представљају најпоузданије решење које је са става Наручиоца најпоузданије а уједно представља и објективну потребу Наручиоца да дијализатори којима ће лечити своје пацијенте буду стерилисани воденом паром или гама зрацима.



Комисија за јавну набавку

A handwritten signature in black ink, written over three horizontal lines. The signature appears to be 'S. Radošević'.