

16. 11. 2017

Бр. 790
ПРОКУПЉЕ

ПРЕДМЕТ : Појашњење конкурсне документације

- **Јавна набавка услуга – одржавања и сервисирања медицинске опреме са заменом резервних делова, ЈН бр.29/2017**

Понуђачи су поставили питања везано за наведену јавну набавку и наручилац је дао појашњења на постављена питања:

Питање:

1. У складу са чл.63 Закона о јавним набавкама, као потенцијални понуђач у отвореном поступку јавне набавке, набавке услуга-Одржавање и сервисирање медицинске опреме, ЈН бр.29/17, достављамо вам следећи захтев за појашњење Конкурсне документације:

На страни 5 конкурсне документације тражите да се понуђене цене за резервне делове односе искључиво на нове и оригиналне или у потпуности компатибилне резервне делове. За уграђене резервне делове тражите да пружалац услуга достави изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу произвођача опреме да је за исправно функционисање опреме неопходна уградња оригиналних резервних делова. Сматрамо да је постављени услов како противречан садржини конкурсне документације, тако и непрецизно постављен. Наиме, нејасно је одређено да ли су понуђачи обавезни да тражену изјаву доставе уз понуду или изабрани понуђач исту доставља приликом вршења услуге. Такође, конкурсном документацијом прихватате и уградњу компатибилних резервних делова, а у исто време тражите да понуђачи доставе изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу произвођача опреме да је за исправно функционисање опреме неопходна уградња оригиналних резервних делова. И на крају сматрамо да је наведени услов сувишан јер ниједан произвођач опреме не може да гарантује да је за исправно функционисање апарата потребна уградња оригиналних резервних делова јер се могу уграђивати и компатибилни резервни делови, а већина произвођача нема све своје оригиналне резервне делове већ користе одговарајуће резервне делове других произвођача те би ова изјава била неистинита. На основу свега наведеног, молим вас да избришете из конкурсне документације тражени услов.

Даље на страни 14 конкурсне документације, у оквиру додатних услова прописаних чланом 76 Закона о јавним набавкама, тражите да за партију 36-Апарати за анестезију, а која се односи на опрему произвођача Драгер, понуђаћ располаже ауторизацијом произвођача и да је овлашћен за сервисирање предметне медицинске опреме, што доказује достављањем ауторизације или оверене фотокопије уговора са произвођачем предметне опреме или оверене фотокопије изјаве произвођача о давању овлашћења тј. права понуђачу за одржавање и сервисирање предметних услуга, за партије за које се подноси понуда. Наведеним додатним условом ограничили сте конкуренцију јер ће у том случају само један понуђаћ бити у могућности да поднесе прихватљиву понуду и то овлашћени представних произвођача опреме на територији Републике Србије, а то је привредно друштво „Драгер техника „ д.о.о. Београд. Оваквим дефинисањем додатних услова повредили сте начело једнакости понуђача и начело обезбеђивања конкуренције (чланове 10 и 12 Закона о јавним набавкама), Као и члан 76 Закона о јавним набавкама којим је дефинисано да наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке. На основу наведеног, те како су овим условом дискриминисани сви потенцијални понуђачи осим овлашћеног сервиса произвођача, молимо вас да измените конкурсну документацију и избришете тражени услов.

На страни 15 конкурсне документације тражите и доказ о континуираном снабдевању оригиналним сервисним резервним деловима и то за партије 15 и 36, а што се доказује изјавом произвођача или уговором са произвођачем или уговором са другим правним лицем које има уговор са произвођачем. Опет вам скрећемо пажњу да сте конкурсном документацијом предвидели и могућност уградње компатибилних резервних делова, те с тога не

можете на овај начин дефинисати наведени додатни услов. Дефинисањем додатног услова који се везује искључиво за произвођача вршите дискриминацију понуђача на начин што понуђаче који немају директну сарадњу са произвођачем искључујете из предметног поступка и онемогућавате да припреме прихватљиву понуду. Додатни услов под тачком 5 који се односи на резервне делове спада у техничку спецификацију јавне набавке, а не додатни услов у складу са чланом 76 Закона о јавним набавкама. Опис резервних делова у смислу да су исти оригинални сходно члану 70 Закона о јавним набавкама спада у техничке спецификације јавне набавке. Наведеним чланом је прописано да техничке спецификације и пројектна документација, у смислу закона, представљају техничке захтеве који су обавезни и саставни део конкурсне документације у којима су предвиђене описане карактеристике добара услуга или радова, као и да оне морају омогућити да се добра, услуге или радови који се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца. У ставу два истог члана је наведено се у случају набавке добара и услуга одређују карактеристике добара или услуга као што су димензије, ниво квалитете, укључујући и методе за осигурање квалитете, сигурност, ниво утицаја на животну средину, потрошњу енергије, потрошњу других битних ресурса током коришћења производа, доступност за све кориснике (укључујући доступност инвалидним лицима) и оцену усаглашености, употребу производа, као и друге карактеристике које се тичу производа као што су назив под којим се производ продај, терминологија, ознаке, тестирање и методе тестирања, паковање, обележавање и етикетирање, производни процес и процедура оцене усаглашености. Како су резервни делови добра, чињенице да је потребно уградити оригиналне резервне делове (у складу са упутством понуђача) представља описну карактеристику добра и ниво квалитета те спада у техничке карактеристике које треба сврстати у техничку спецификацију јавне набавке, а не додатни услов из члана 76 Закона о јавним набавкама. Сходно свему наведеном сматрамо да наведени додатни услов не може бити дефинисан на начин на који је дефинисан конкурсном документацијом јер како се истим врши дискриминација понуђача, тако се исти односи на техничку спецификацију сходно Закону о јавним набавкама, а не додатни услов у смислу члана 76 Закона о јавним набавкама.

У члану 5 модела уговора навели сте да је понуђач дужан да уз фактуру за извршене услуге достави и рачун (отпремницу) за уграђени оригинални резервни део, те да у случају настанка потребе за поправком или заменом оригиналног резервног дела који није наведен у понуди, односно за пружањем услуга које нису наведене у понуди, цене истих ће се утврдити на основу накнадно датог Извода из вежећег ценовника који мора бити оверен и потисан од стране понуђача и потписан од стране лица које је наручилац одредио да врши контролу извршења услуга. И овде вам скрећемо пажњу да постоји неусаглашеност између садржине конкурсне документације у којој је дата могућност уградње компатибилних резервних делова и садржине члана 5 модела уговора у коме сте навели само оригиналне делове. Молимо вас да усагласите члан 5 модела уговора са текстом конкурсне документације, а све сходно члану 61 Закона о јавним набавкама у складу са којим је наручилац дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду.

Одговор:

На страни 5. конкурсне документације направио техничку грешку приликом дефинисања понуђене цене за нове и оригиналне или у потпуности компатибилне резервне делове, тј. дата је нејасна дефиниција и иста ће бити измењена и јасније одређена у измени конкурсне документације која ће бити објављена на Порталу УЈН.

На страни 14. и 15. конкурсне документације, где су тражени додатни услови, Наручилац је приликом израде конкурсне документације и постављањем услова које наручилац мора да испуни имао у виду наводе произвођача опреме из приручника за руковање апаратима, а која се односи на апарате из партије 36. где као доказ наводимо следеће примере:

- У „Приручнику произвођача за руковаоца апарата за анестезију DRAGER Fabius TIRO“, на страни 3 приручника у поглављу Одржавање, између осталог децидирано стоји: „За одржавање се смеју користити само оригинални Dräger резервни делови.
- У „Упутству произвођача за руковање апаратом за механичку вентилацију DRAGER Savina“, на страни 5 у поглављу Одржавање, између осталог децидирано стоји: „Код одржавања користити само оригиналне делове фирме Dräger.“.
- И тако редом за све апарате из партије 36...

Тражени додатни услов који има за циљ да је у логичкој вези са сервисом, будући да су током годишње реализације превентивног сервиса обавезне уградње одговарајућих сервисних сетова (делова) које је прописао произвођач апарата, као и то да је за потребе поправки неопходно уграђивати искључиво оригиналне резервне делове – будући да се ради о апаратима који су сврстани у категорију медицинских уређаја који могу озбиљно угрозити живот и здравље пацијената и где произвођач уређаја инсистира на уградњи искључиво оригиналних делова, како се уградњом других (не проверених делова) не би ризиковао интегритет и сигурност рада регистрованог медицинског средства ове категорије.

Везу са произвођачем апарата који се одржавају и који обезбеђује све оригиналне резервне делове на слободном тржишту, понуђач мора да докаже, као и да се обавезе да ће само такве делове (порекла од произвођача опреме) уграђивати.

С тим у вези и у вези са датом примедбом по питању достављања ауторизације, услов ћемо проширити додавањем алтернативе, тако да ће услов у измени гласити:

- Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем ауторизације или оверене фотокопије уговора са произвођачем предметне опреме или оверене фотокопије изјаве произвођача о давању овлашћења тј. права понуђачу за одржавање и сервисирање предметних услуга, за партије за које се подноси понуда, или фактуром произвођача или фактуром добављача оригиналних резервних делова (уколико се наручилац не снабдева директно од произвођача) издату понуђачу са које се може несумњиво утврдити да је у периоду од 3 године до објављивања овог позива, понуђач куповао оригиналне сервисне сетове порекла од произвођача апарата, а конкретно за партију 36, следећих каталошких бројева:

MX08197 (Трогодишњи сет за Fabius GS).

MX08015 (Jednogodišnji set za Fabius CE)

MX08283 (Jednogodišnji set za Savinu)

Уз ову фактуру доставити и фактуру произвођача према добављачу из које се несумњиво може утврдити да је циљани артикал изворног порекла од произвођача

У складу са наведеним ће бити и измењена конкурсна документација и бити обрисан додатни услов под тачком 5, а

Такође ће бити измењена конкурсна документација и у чл.5. модела уговора.

Питање:

2.Поштовани, У складу са Чланом 63. Став 2 Закона о јавним набавкама Републике Србије (Службени гласник број 124/12 и 68/15) у циљу добијања додатних информација за јавну набавку број 29/2017 Одржавање и сервисирање медицинске опреме.

Молим Вас да размотрите следећа питања

Питање бр. 1: Везано за партије број 1, 3 и 13, молим Вас да следеће ставке издвојите у посебне партије:

Партија 1 – Екг апарати и холтери

1.1 ЕКГ апарати

- Innomed Medical-Heart Mirror 3D kom. 1

- DEM ; Heart Screen 80 G-L kom. 2

1.2 ХОЛТЕРИ

- Meditech: ABPM -04 kom. 1

Партија 3 – Монитори

3.4. -InnoCare-T;IM-200 kom. 1

3.6. - Innomed Medical;IM-200 kom. 1

С обзиром да се ради о истом апарату, молим Вас да направите једну партију (Innomed Medical, InnoCare T, IM-200).

Партија 13 - Хируршки електрични ножеви

13.1. - Elektroauter sa generatorom Bowa; model-ARC 303 kom. 1

Наведена молба Вам се доставља а у складу са циљем да се опрема сервисира и одржава од стране овлашћеног сервиса са оригиналним резервним деловима и од стране сервисера који су обучени и сертифицирани за сервисирање предметне опреме. Сходно наведеном, молимо Наручиоца, да ради обезбеђивања квалитетног и дуготрајног рада наведене опреме, за издвојене партије дода следеће додатне услове:

1. Да понуђач располаже ауторизацијом произвођача и да је овлашћен за сервисирање предметне медицинске опреме - Додатни услов под тачком 1. доказује се достављањем ауторизације или оверене фотокопије уговора са произвођачем предметне опреме или оверене фотокопије изјаве произвођача о давању овлашћења тј.права понуђачу за одржавање и сервисирање предметних услуга, за партије за које се подноси понуда

2. Сертифицирани сервисери подразумевају да поседују лиценцу (копија) произвођача за коју се даје понуда. Сертификат издаје произвођач и односи се на завршену обуку. - Такође је потребно доставити за сертифициване

сервисере фотокопије радних књижица (за запослене у сталном радном односу код Понуђача) односно копије уговора за радно ангажована лица код понуђача (Уговор о привремено- повременим пословима, Уговор о делу и остале сродне врсте уговора) потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене печатом.

Предходно наведено се тражи ради обезбеђивања могућности да опрема коју Наручилац поседује буде одржавана и дуготрајног квалитетног рада у функцији максималне безбедности пацијената, што је свакако примаран циљ. Квалитетан рад наведене медицинске опреме може обезбедити само ауторизован сервис са сертификованим сервисером и са оригиналним резервним деловима. Молимо Вас да у складу са Чланом 63. Став 3 Закона о јавним набавкама Републике Србије (Службени гласник број 124/12), одговорите на постављена питања.

Одговор:

Наручилац није у могућности да сада раздваја сваки апарат у посебну партију јер то не би имало смисла, обзиром да су апарати исте намене као и остали из партије, а и процењене вредности су дате на основу бећ формираних партија. Што се тиче тражених услова, Закон о јавним набавкама је дао наручиоцу да у законским оквирима сам диктира услове које понуђачи треба да испуне. Такође, исти закон је дао могућност и понуђачима да удруживањем, тј. достављањем заједничких понуда или понуде са подизвођачем испуне тражене услове, уколико нису у могућности да то сами остваре.

Питање:

Као обавезни услов тражили сте под редним бројем 5:
-решење надлежног министарства за обављање делатности (ако је таква дозвола предвиђена Прописом)
Молимо Вас да тачно наведете о каквом решењу се ради и у обавези сте да наведете које министарство издаје такво решење. Решење за сервисирање медицинске опреме издаје АПР и ниједно друго решење није неопходно за обављање сервисирања медицинске опреме а да се не ради о радиолошким апаратима за шта је потребно решење од Министарства за заштиту животне средине, што сте и тражили у додатним условима под редним бр.2

Одговор:

**Обзиром да обавезан услов под тачком 5. наведен у конкурсној документацији није неопходан за расписану јавну набавку, исти ће бити избрисан из конкурсне документације.
А тражени додатни услов под тч.2 за радиолошке апарате биће обавезан.**

Питање:

Како сте навели у Партији 24-Апарати у служби радиологије II под ставком 24.2-РТГ апарат;покретни аналогни PHILIPS,молимо Вас да поменуту ставку издвојите у засебну партију и као додатни услов захтевате ауторизацију произвођача за предметни поступак.
Како сте навели у Партији 29-Апарати за ултразвучну дијагностику III 29.4-Ултразвук Esaote;Mylab 50, Vision,молимо Вас да поменуту ставку издвојите у засебну партију и као додатни услов захтевате ауторизацију произвођача.

Одговор:

Наручилац није у могућности да сада раздваја сваки апарат у посебну партију јер то не би имало смисла, обзиром да су апарати исте намене као и остали из партије, а и процењене вредности су дате на основу бећ формираних партија. Што се тиче тражених услова, Закон о јавним набавкама је дао наручиоцу да у законским оквирима сам диктира услове које понуђачи треба да испуне. Такође, исти закон је дао могућност и понуђачима да удруживањем, тј. достављањем заједничких понуда или понуде са подизвођачем испуне тражене услове, уколико нису у могућности да то сами остваре.

Питање:

Да ли је наручилац у могућности да из партија 7 и 22 издвоји ставке:

7.3 Aspirator Tobi, произвођача Glma

22.2 Ctg FC 700, произвођача Glma

У засебну партију?

Одговор:

Наручилац није у могућности да сада раздваја сваки апарат у посебну партију јер то не би имало смисла, обзиром да су апарати исте намене као и остали из партије, а и процењене вредности су дате на основу бећ формираних партија. Што се тиче тражених услова, Закон о јавним набавкама је дао наручиоцу да у законским оквирима сам диктира услове које понуђачи треба да испуне. Такође, исти закон је дао могућност и понуђачима да удруживањем, тј. достављањем заједничких понуда или понуде са подизвођачем испуне тражене услове, уколико нису у могућности да то сами остваре.

У Прокупљу,
16.11.2017.год.



Комисија за јавну набавку

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
