

ОПШТА БОЛНИЦА
"Др Алекса Савић"

08.06.2017

Бр. 348
ПРОКУПЉЕ

ПРЕДМЕТ :

Појашњење конкурсне документације

- Санитетски потрошни материјал ЈН бр.16/2017

Питања и одговори:

1. Да ли ће Наручилац за партију 68 у предметној јавној набавци број 16/2017 Санитетски потрошни материјал прихватити да се за:

- Ставку 1 у оквиру тражених распона величина СН14-СН22 понуди СН15 и да се за ставку 7 у оквиру тражених распона величина СН14-СН24 понуди гастрична сонда са различитим врстама величина 14-24 а у складу са ЗЈН-ом и између осталог и чл.71, став 3 и 4.

Наручилац ће прихватити све димензије у наведеним распонима и за ставку 1 и ставку 7 у техничкој спецификацији за партију-68, а коју ће димензију наручивати зависиће од потреба наручиоца.

2. Да ли је за партију 46, ст.1. и ст.2 потребно понудити :

Став 1-Повеска гумена, да ли је са дугметом и које дужине? У којој служби ће се користити?

Став 2-Повеска са копчом, о каквој повесци се ради (да ли је то гумена повеска или еластична повеска са чичак траком), које дужине? У којој служби ће се користити?

За ст.1. је потребно понудити гумену повеску за вађење крви, без дугмета, обичну, стандардне величине, а што се тиче ст.2., потребно је понудити еластичну повеску са копчом за одрасле, стандардне величине. Обе повеске се користе у скоро свим службама.

