

ОПШТА БОЛНИЦА  
"Др Алекса Савић"

28.11.2019

Бр. 783  
ПРОКУПЉЕ

**ПРЕДМЕТ :** Појашњење конкурсне документације  
- Јавна набавка услуга – одржавања и сервисирања медицинске опреме са заменом резервних делова, ЈН бр.30/2019

Понуђач је поставио питања везана за наведену јавну набавку и наручилац је дао појашњења на постављена питања:

**ПИТАЊА:**

**1 Питање:**

У прилогу број 3, на страни 6. конкурсне документације, навели сте одзив на позив за корективно одржавање не може бити дужи од 24 сата од момента позива Наручиоца, а рок за реализацију услуге сервиса: до 10 радних дана. У делу 9.1: Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде, навели сте да је време одазивања за почетак вршења услуге на пози максимално 48 сати (2 дана) од позива наручиоца, а максимални рок завршетка посла је до 240 часова (10 дана). У члани 9. модела уговора дефинисали сте да је време одазивања на позив и приступање поправци максимално 24 часова (1 дан) од позива наручиоца, а у члану 10 модела уговора да је рок извршења услуга 10 дана од пријема писменог позива наручиоца. Сходно наведеном, молимо вас да недвосмислено и јасно дефинишете време за одазив на позив и рок завршетка радова, односно да се определите да ли је исто 24 или 48 часова за одазив, односно 10 дана или 10 радних дана за завршетак радова.

**2 Питање:**

Увидом у образац понуде и конкурсну документацију утврдили смо да је набавка обликована у 37 партија, а ви сте на страни 6. конкурсне документације, у делу пре техничке спецификације навели да је иста обликована у 36 партија. Такође код додатног услова под бројем 1, таржите од понуђача да достави између осталог и следеће: "или фактуру добављача оригиналних резених делова (уколико се наручила не снабдева директно од произвођача) издату понуђачу са које се може несумњиво утврдити да је у периоду од 3 године од дана предаје понуда, понуђач куповао оригиналне сервисне сетове порекла од произвођача, а конкретно за партију 36 следећих каталожних бројева:

- *MX08887 (Perseus A500 ServSet 3y).*
- *MX08152 (Jednogodišnji set za Fabius GS)*
- *MX08015 (Jednogodišnji set za Fabius )*
- *MX08283 (Jednogodišnji set za Savinu)*

С обзиром да су тражени сетови део партије 37, верујемо да је дошло до грешке, те да је уместо партије 36, потребно дефинисати "а конкретно за партију 37, следечих каталожних бројева..."

**3 Питање:**

У делу 11.1 конкурсне документације који се односи на финансијску гаранцију навели сте да је понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија обавезан да приликом потписивања уговора достави наручиоцу, за добро извршење посла, неопозиву, безусловну финансијску гаранцију, плативу на први позив, без приговора, меницу у висини од 10 % од вредности уговора без пореза, важење најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

У члану 8 став.3 став 3. Модела уговора дефинисали сте да меница мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења НБС и да важи најмање 3 (три) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Имајући у виду наведено,молимо вас да усагласите рок важења менице и прецизирасте да ли иста треба да важи 3 или 10 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

**4 Питање:**

У прилогу 7-образац понуде за јавну набавку услуга одржавања и сервисирања медицинске опреме са уградњом резених делова, партија 37:Апарат за анестезију, код апарата 37.3: Peseus A 500 на два места се налази инспекција Peseus A 500.

Да ли је у питању грешка или је потребно за тражену инспекцију два пута дефинисати и уписати цену ?

**5 Питање:**

У делу кккурсне документације,прилог број 5-услови (обавезни и додатни ) и упуство како се доказује испуњеност услов под тачком 3.тражите следеће:

„Потврда Привредног и Прекршајног суда или Агенције за привредне регистре да понуђачу у време објављивања јавног позива није изречена мера забране обављања делатности.

Потврда (уверење) мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда.“

Измена Закона о Јвним набавкама из 2015 године,брисана је наведена одредба,те је у члану 75.став2.Закона о јавним набавкама сада дефинисано да је наручилац дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изречито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавају и условима рада,заштити животне средине,као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Молим вас да прилог 12-изјаву о поштовању важећих прописа допуните на начин да поред свега траженог,додате на крају реченице:“ као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде“.

**6 Питање:**

Молимо вас да апарате Perseus A500 из партије 37 издвојите у посебу партију јер је апарат новије генерације,те шифру за улазак у сервисни мени,као и сертификате о завршеној обуци,има само произвођач и његов овлашћени дистрибутер.

**ОДГОВОРИ:**

**Одговор 1 :**

*Прихвата се указана примедба и направљена грешка ће бити исправљена у измени конкурсне документације.*

*Најмање исправно је да рок не може бити дужи од 24 сата од момента позива Наручиоца, а рок за реализацију услуге сервиса до 10 радних дана.*

**Одговор 2 :**

*Прихвата се указана примедба и направљена грешка ће бити исправљена у измени конкурсне документације.*

Одговор 3 :

Прихвата се указана примедба и направљена грешка ће бити исправљена у измени конкурсне документације.  
Наиме исправно је важење најмање десет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Одговор 4 :

Прихвата се указана примедба и направљена грешка ће бити исправљена у измени конкурсне документације.  
Наиме исправно је једна инспекција за Peseus A 500

Одговор 5 :

Прихвата се указана примедба и направљена грешка ће бити исправљена у измени конкурсне документације.  
Наиме у делу конкурсне документације у прилогу 5 услови (обавезни и додатни ) услови, ставка под тачком три се брише. А у прилогу 12 конкурсне документације на крају се додаје реченица „као и да нема забрану делатности која је на снази у време подношења понуде“.

Одговор 6:

Наручилац није у могућности да сада раздваја сваки апарат у посебну партију јер то не би имало смисла, обзиром да су апарати исте намене као и остали из партије, а и процењене вредности су дате на основу бећ формираних партија. Што се тиче тражених услова, Закон о јавним набавкама је дао наручиоцу да у законским оквирима сам диктира услове које понуђачи треба да испуне. Такође, исти закон је дао могућност и понуђачима да удруживањем, тј. достављањем заједничких понуда или понуде са подизвођачем испуне тражене услове, уколико нису у могућности да то сами остваре.

У Прокупљу,  
28.11.2019.год.

Комисија за јавну набавку



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_