



Opšta bolnica "Dr Aleksa Savić" Prokuplje

Paspasčka br. 2 107142991
14 100 000 000 8510
2 027/321 097 840 8-
2 027/321 410 027/321 410

ОПШТА БОЛНИЦА
"Др Алекса Савић"

08.04.2016

Бр. 215
ПРОКУПЉЕ

ПРЕДМЕТ :

Појашњење конкурсне документације
- Санитетски потрошни материјал ЈН бр.16/2016

Питања:

1. Увидом у конкурсну документацију установили смо да се у партији 37. захтева под ставком 2.-вакум систем за седиментацију који може да понуди само један понуђач, а имајући у виду да сте у „напомени „навели да поседујете апарат за седиментацију одређеног произвођача.

Сматрамо да ставка 2. Треба да остане издвојена у партији 37, док ставке 1 и 3, које може да понуди више понуђача у Републици Србији и треба по природи ствари да буде део партије 36, јер су у питању сродна добра.

Наглашавамо да се на начин како је формирана партија 37, која укључује ставку 2 може да понуди само један понуђач, имајући у виду умрежени апарат који поседујете, апсолутно ограничава конкуренција и омогућава само једном понуђачу да склопи уговор.

2. Такође, у партији 36. код ставке р.бр.4 сте исказали потребу за Microtainer-om KF+Na2EDTA или NaF/EDTA.K2. Сматрамо да део „или NaF/EDTA.K2“ треба избацивати и оставити само KF+Na2EDTA из следећих разлога:

-Microtainer KF+Na2EDTA има већи-шири спектар узорака који се са њима могу узимати у односу на варијанту NaF/EDTA.K2, тако да се понуђачи који имају ову варијанту microtainera стављају у неповољнији положај у односу на понуђача који имају варијанту NaF/EDTA.K2. Избацивањем из табела" или NaF/EDTA.K2" не нарушавамо начело једнакости понуђача, јер на тржишту постоји већи број понуђача, који могу да понуде модел microtainera KF+Na2EDTA (што можемо и да Вам накнадно докажемо), а то Вама омогућава већи комфор у раду као и значајну уштеду јер се троши се само један microtainer уместо два комада.

Одговор :

Уз минималну количину крви након 30 минута апарат аутоматски очитава седиментацију, при чему резултат одговара резултату који се добија очитавањем седиментације након 60 минута, методом по Westeringu. Коришћењем анализера онемогућена је људска грешка, значајно убрзан рад лабораторије, а добијене резултате је могуће одштампати и помоћу ЛИСА пратити пратити у оквиру установе. Код свих ставки у партији 37 раде се анализе из пуне крви и служе за дијагностику хематолошког статуса пацијента.

Наглашавамо да је дефинисана техничка спецификација у складу са ЗЈН-ом, чл.70 и чл.71 и да је у логичкој вези са предметном јавне набавке.

Законом о јавним набавкама, као и самом конкурсном документацијом је предвиђено да понуђачи понуду могу поднети самостално, са подизвођачем, или као заједничку понуду како би испунили тражене услове од стране наручиоца, уколико нису у могућности да испуне сами. Напомињемо да је основни циљ сваке јавне набавке да наручилац изабере понуду која ће на најбољи начин задовољити његове потребе по свим својствима и квалитетом.

Напомињемо да Наручилац техничке спецификације одређује према својим објективним потребама а не према потребама сваког потенцијалног заинтересованог лица тј. понуђача.

У складу са тим преносимо указ Републичке Комисије за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке везано за тражену техничку спецификацију од стране наручиоца : "Наручилац сваки конкретан поступак јавне набавке спроводи у циљу задовољења објективних потреба, а на основу конкурсне документације којом дефинише захтеве који одговарају таквим потребама. Сходно томе, обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције се не може тумачити на начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу омогући учешће у поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке, као ни о квалитету добра који је предмет исте. Последица омогућавања што је могуће веће конкуренције би била да захтеви из конкурсне документације често не би одговарали реалним потребама наручиоца, већ би одражавали економске интересе понуђача".

Сходно свему горе наведеном, наручилац остаје при првобитно дефинисаној тендерској спецификацији.



Комисија

Ivana Lipovčić
J. Stokorović