



ОПШТА БОЛНИЦА
"Др Алекса Савић"

Opšta bolnica "Dr Aleksa Savić" Prokuplje

Pasjačka br.2
18.100 Prokuplje
☎ 027/324.000
☎ 027/322.448

PIB 107442991
☎ 027/321.8610
☎ 027/321.087
☎ 027/322.440

☎ 027/321.045
☎ 027/321.089
☎ 027/321.087

21.03.2016

Бр. 163

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације
- Санитетски потрошни материјал ЈН бр.16/2016

Понуђачи су поставили питања, а наручилац даје одговоре на иста:

- Да ли је у партији 52 дозвољено одступање у величини стаплера +/- 1 mm ?
- *Наручилац је у конкурсној документацији тражио стандардне величине стаплера које је и до сада користио, с обзиром да се је на тржишту појавио произвођач са новим димензијама стаплера одступања од +/- 1 mm која су незнатна из тог разлога а у циљу обезбеђивања начела конкуренције и једнакости понуђача Наручилац ће прихватити одступања у од +/- 1mm у односу на тражене димензије стаплера.*



Комисија

Milošević Ivana

Милошевић Ивана

Тодоровић Јована

Тодоровић Јована