

ОПШТА БОЛНИЦА
"др Алекса Савић"

21. 11. 2019

Бр. 110
ПРОКУПЉЕ

ПРЕДМЕТ : Појашњење конкурсне документације
- Јавна набавка услуга – одржавања и сервисирања медицинске опреме са заменом резервних делова, ЈН бр.30/2019

Понуђач је поставио питање везано за наведену јавну набавку и наручилац је дао појашњења на постављена питања:

1 Питање:

У Вашој конкурсној документацији, на страни 5 од 79 – Прилог бр. 3 - Врста, техничке карактеристике (...) евентуалне додатне услуге и сл – став 6:

"У Радном налогу мора бити прецизно наведено шта је урађено и на ком уређају, односно опреми, уписана цена, и попуњен примерак остављен лицу које у име Наручиоца оверава радни налог"

Молим Вас да измените део који се односи на цену из разлога што се рачун издаје након извршене сервисне услуге који садржи и оверен радни налог од Наручиоца (члан 7 - Модела Уговора), а сервисер који је на интервенцији поправке уређаја нема ту обавезу да се бави финансијским делом овог Уговора.

2 Питање:

У Вашој конкурсној документацији, на страни 6 од 79 – Прилог бр. 3 - Врста, техничке карактеристике (...) евентуалне додатне услуге и сл – став 17:

"Рок релакзације услуге сервис: ... Уколико поправка траје дуже од 15 дана, изабрани понуђач је у обавези да да на коришћење заменски апарат без финансијске надоканде Наручиоца, ..."

Молим Вас да узмете у обзир да није могуће за све уређаје, као нпр. РТГ уређај, који се налазе у ОБ Прокупље добити заменски уређај, као и да се не потписује "Фулл контракт сервис" што би значило да је Понуђачу омогућено несметано одржавање уређаја чиме се смањује могућност потенцијалних кварова као и могућност да се дође у ситуацију да Вам морамо доставити заменски уређај.

Одговор 1 :

Сагласни смо са указаним пропустом и исти ће бити исправљен у измени конкурсне документације.

Одговор 2 :

Сагласни смо са датом примедбом и у складу са тим ће се у измени конкурсне документације тразени услов избацити.

У Прокупљу,
21.11.2019.год.

Комисија за јавну набавку



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
